

**«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών  
Για τα Κοχλιακά Μοσχεύματα» (CPV 33185200-2)»**

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

*Έχοντας υπόψη:*

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
4. Τις με ΑΠ:15273/15-7-2011 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές όπως τις κατέθεσε η τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου .

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τα κοχλιακά μοσχεύματα που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2013, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.hippocratio.gr](http://www.hippocratio.gr) (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 11/12/2014 και ώρα 15.00πμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [prom@hippocratio.gr](mailto:prom@hippocratio.gr).
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια των κοχλιακών εμφυτευμάτων, προϋπ/σας δαπάνης 421.699,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ**

**Συνημμένα:**

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.2)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΕΙΔΟΣ 1: Πλήρες σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος με προδιαμορφωμένο εμφυτεύσιμο ηλεκτρόδιο

1. Να υπάρχει πλήρες σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος πολλαπλών καναλιών που να περιλαμβάνει το κοχλιακό εμφύτευμα, τον επεξεργαστή ομιλίας και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα και συνδετικά για τη λειτουργία του συστήματος.
2. Το κοχλιακό εμφύτευμα να έχει προδιαμορφωμένο εμφυτεύσιμο ηλεκτρόδιο στο σχήμα του αυλού του κοχλία και να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αυτί (δεξί ή αριστερό).
3. Το κοχλιακό εμφύτευμα να είναι συμβατό με όλους τους τύπους των επεξεργαστών που διατίθενται από την εταιρεία προμήθειας, καθώς και με τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις.
4. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας του εμφυτεύματος διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.
5. Το εμφύτευμα να επιτρέπει τη λήψη Μαγνητικής Τομογραφίας, όχι μόνο για την ακεραιότητά του και τη διατήρηση των ιδιοτήτων του μαγνήτη, αλλά και για την απεικόνιση της περιοχής.
6. Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη του συστήματος και να αναφέρονται οι προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό να παραδοθεί ένα εφεδρικό εμφύτευμα στην κλινική, καθώς και ένας εφεδρικός επεξεργαστής ομιλίας για περιπτώσεις δυσλειτουργίας – βλαβών για προσωρινή αντικατάσταση.
7. Ο επεξεργαστής ομιλίας να διαθέτει τουλάχιστον 2 προεπιλεγμένα προγράμματα προς επιλογή από τον χρήστη, ώστε να καλύπτει τις διάφορες περιπτώσεις προβλημάτων διάκρισης της ομιλίας.
8. Ο επεξεργαστής οπισθοθωπιαίου τύπου να λειτουργεί με μπαταρίες μικρού μεγέθους και ο χρόνος διάρκειάς τους να είναι τουλάχιστον δύο ημερών πλήρους λειτουργίας.
9. Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για την εμφύτευση.
10. Να διατεθούν τα ανάλογα φυσικά υλικά υπολογιστή (Hardware) και τα σχετικ'σ προγράμματα (Software) καθώς και οι μελλοντικές αναβαθμίσεις τους, που απαιτούνται για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και τη ρύθμιση (προγραμματισμό) του κοχλιακού εμφυτεύματος, χωρίς χρονικό όριο της λειτουργίας τους με κωδικούς ασφαλείας, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ασθενών σε βάθος χρόνου.
11. Για όλα τα προσφερόμενα είδη να υπάρχει έγκριση CE mark.
12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εμφυτεύσιμο τμήμα τουλάχιστον δέκα ετών και για τον επεξεργαστή ομιλίας τουλάχιστον τριών ετών.

## ΕΙΔΟΣ 2: Πλήρες σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος με ευθύ εμφυτεύσιμο ηλεκτρόδιο

1. Να υπάρχει πλήρες σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος πολλαπλών καναλιών που να περιλαμβάνει το κοχλιακό εμφύτευμα, τον επεξεργαστή ομιλίας και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα και συνδετικά για τη λειτουργία του συστήματος.
2. Το κοχλιακό εμφύτευμα να έχει ευθύ εμφυτεύσιμο ηλεκτρόδιο και να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αυτί (δεξί ή αριστερό).
3. Το κοχλιακό εμφύτευμα να είναι συμβατό με όλους τους τύπους των επεξεργαστών που διατίθενται από την εταιρεία προμήθειας, καθώς και με τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις.
4. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας του εμφυτεύματος διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.
5. Το εμφύτευμα να επιτρέπει τη λήψη Μαγνητικής Τομογραφίας, όχι μόνο για την ακεραιότητά του και τη διατήρηση των ιδιοτήτων του μαγνήτη, αλλά και για την απεικόνιση της περιοχής.
6. Να υπάρχει πλήρης και άμεση κάλυψη του συστήματος και να αναφέρονται οι προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό να παραδοθεί ένα εφεδρικό εμφύτευμα στην κλινική, καθώς και ένας εφεδρικός επεξεργαστής ομιλίας για περιπτώσεις δυσλειτουργίας – βλαβών για προσωρινή αντικατάσταση.
7. Ο επεξεργαστής ομιλίας να διαθέτει τουλάχιστον 2 προεπιλεγμένα προγράμματα προς επιλογή από τον χρήστη, ώστε να καλύπτει τις διάφορες περιπτώσεις προβλημάτων διάκρισης της ομιλίας.
8. Ο επεξεργαστής οπισθωτιαίου τύπου να λειτουργεί με μπαταρίες μικρού μεγέθους και ο χρόνος διάρκειάς τους να είναι τουλάχιστον δύο ημερών πλήρους λειτουργίας.
9. Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για την εμφύτευση.
10. Να διατεθούν τα ανάλογα φυσικά υλικά υπολογιστή (Hardware) και τα σχετικά προγράμματα (Software) καθώς και οι μελλοντικές αναβαθμίσεις τους, που απαιτούνται για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και τη ρύθμιση (προγραμματισμό) του κοχλιακού εμφυτεύματος, χωρίς χρονικό όριο της λειτουργίας τους με κωδικούς ασφαλείας, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ασθενών σε βάθος χρόνου.
11. Για όλα τα προσφερόμενα είδη να υπάρχει έγκριση CE mark.
12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εμφυτεύσιμο τμήμα τουλάχιστον δέκα ετών και για τον επεξεργαστή ομιλίας τουλάχιστον τριών ετών.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται, υπό ποινή απόρριψης, να απαντήσουν σε φύλλο συμμόρφωσης σε κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία αναφερόμενοι στον αντίστοιχο αριθμό και περιγραφή και να δικαιολογούν την απάντηση με παραπομπή στα ελληνικά και αγγλικά prospectus.