



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι. Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

**ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Δ/ΝΤΗΣ: ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

Αθήνα 19-9-2024

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

- Τα φίλτρα να είναι ηλεκτροστατικά, ενηλίκων, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως και με αντιμικροβιακή-αντιπυκή προστασία της τάξεως, τουλάχιστον, του 99,998%
- Να έχουν ελεγχθεί με τη μέθοδο δοκιμής που περιγράφεται στο ISO23328-1 και να προστατεύουν αποδεδειγμένα από ηπατίτιδα C, HIV, TBC και Covid-19.
- Να φέρουν προσυνδεδεμένη προέκταση 18cm, λείας εσωτερικής επιφάνειας, με ενσωματωμένη μη αποσπώμενη γωνία περιστροφής 360 μοιρών. Η γωνία να φέρει ασφαλή και σκληρή θήρα που να ανοίγει αντιδιαμετρικά και να δίδει τη δυνατότητα αναρρόφησης ή βρογχοσκόπησης, να μην προεξέχει και να ασφαλίζει κουμπωτά (με κλικ) για αποφυγή διαρροών.
- Η αντίσταση ροής στο σύστημα φίλτρο/προέκταση να μην υπερβαίνει τα 4 cm H2O στα 60L/min. Η χαμηλή αυτή αντίσταση ροής να διατηρείται ακόμη και εάν η χρήση τους υπερβεί το χρόνο των 24 ωρών.
- Να είναι κατασκευασμένα από ασφαλές εσωτερικό υλικό.
- Η οπή καπνογραφίας να φέρει καπάκι με θηλιά συγκράτησης
- Η απώλεια ύγρανσης να μήν υπερβαίνει τα 6 mg H2O/L. Να φέρουν εναλλάκτη ύγρανσης-θέρμανσης, με απόδοση ύγρανσης>33 mg H2O/L στην πλευρά του ασθενή.
- Ο νεκρός χώρος του φίλτρου να μην υπερβαίνει τα 56-58 ml και μαζί με την προέκταση τα 93-95 ml.
- Το βάρος του συστήματος φίλτρο/προέκταση να μην υπερβαίνει τα 55-60 gr.
- Να προσφερθούν δείγματα και το πρωτότυπο προσπέκτους του κατασκευαστή που να αποδεικνύονται οι παραπάνω προδιαγραφές.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής
του Αναισθ/κού Τμήματος του Ιπποκράτειου ΡΑΝΤΑ
ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αντώνης Λουίζος ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ